

Czarniecka Góra dn. 15.10.2020 r.

Znak sprawy: DT.ZP 252. 38.2020

Wyjaśnienie nr 2

do

zapytania ofertowego

na

„Dostawę materiałów i środków ochrony indywidualnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

- lampa bakteriobójcza UVC 2x55W PRG przepływowa na statywie
- zestaw do konikotomii
- laryngoskop (rękojeść + łyżki)
- resuscytator silikonowy dla dorosłych
- resuscytator silikonowy dla dzieci
- igła doszpikowa dla dorosłych
- igła doszpikowa dla dzieci
- reduktor tlenu
- pulsoksymetr

Pytanie nr 1 Resuscytator silikonowy dla dorosłych – zestaw. Czy dopuszczą Państwo w pozycji nr 2

Jednopowłokowy silikonowy resuscytator o pojemności 1500ml dla dorosłych, z zastawką do 40cm H₂O (autokalwowny do 100 razy potwierdzony w instrukcji producenta) z uchwytem na rękę dla pacjentów powyżej 20kg. Resuscytator wykonany z silikonu i PSF (polibifenylosulfonu) to pochodna polysulfonu bez zawartości latexu. Zastawka pacjenta, zastawka dolotowa, dostępna jako części wymienne. Maski twarzowe nr 4, rezerwuuar tlenu o pojemności 2500ml ?

Odpowiedź

Tak – Zamawiający dopuszcza zaproponowany Resuscytator silikonowy dla dorosłych.

KIEROWNIK OPIEKI NIELEKARSTW.-

mgr Maria Zięcik
specjalista wiedzy i pielęgniarstwa
epidemiologicznego

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
w Czarnieckiej Górze
mgr Mariusz Gil