

Znak sprawy: DT – ZP.252.22.2020

Wyjaśnienie nr 1

do zapytania ofertowego na

„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”

Zamawiający, Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w związku ze zwróceniem się przez Wykonawców o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”, przekazuje wykonawcom treść pytań wraz odpowiedziami.

Pytanie nr 1 dot. Stołu do Bobath.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół z elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramy dostępnej z każdej części stołu co znacznie ułatwia pracę terapeutę ?

Odpowiedź:

Nie – Zamawiający wymaga pilota ręcznego do elektrycznej regulacji wysokości.

Pytanie nr 2 dot. Bieżni terapeutycznej.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania bieżnię z zewnętrznym pomiarem pulsu o szerokości pasa : 140x62cm ?

Odpowiedź:

Nie - Zamawiający zapisy specyfikacji technicznej pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 3 dot. Krzyżaka.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania krzyżak o szerokości 37 cm?

Odpowiedź:

Tak - Zamawiający dopuści do postępowania krzyżak o szerokości 37 cm.

Pytanie nr 4 dot. Stołu rehabilitacyjnego elektrycznego.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół z zagłówkiem regulowanym w zakresie : -70/+ 40 stopni ?

Odpowiedź:

Tak - Zamawiający dopuści do postępowania stół z zagłówkiem regulowanym w zakresie : -70/+ 40 stopni.

p.o. KIEROWNIK
Działu Rehabilitacji ŚCR
mgr Andrzej Sobczyński
specjalista rehabilitacji ruchowej

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji
w Czarnieckiej Górze
mgr Mariusz Gil